

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8
Tel. 89 715 63 17, fax 89 715 63 03
E-mail: zaopatrzenie@szpital-biskupiec.pl

WSZYSCY WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania wykonawców (drugie)

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonywanie usług w zakresie okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji aparatury i sprzętu medycznego. Numer postępowania: Z-130/02/24.

W związku z otrzymanymi zapytaniem, Zamawiający udziela odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia:

1. *Dotyczy Pakietu 13 poz. 1-3 - **Pytanie:*** Prosimy o wydzielenie z zadania nr 13 poz. 1-3 (pompy produkcji B. Braun) do osobnego pakietu. Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na złożenie przez autoryzowany serwis producenta korzystnej oferty cenowej na wydzielone pozycje. Jeżeli Zamawiający akceptuje powyższe, prosimy o dodanie zapisu, że Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie przeglądu w siedzibie Wykonawcy. Powyższa prośba wynika z faktu, że część usług przeglądów z powodów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych może być wykonana tylko w serwisie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z Pakietu 13 poz. 4 i 5 i tworzy odrębny **Pakiet 13A**. Wprowadzone zmiany zawiera 'Formularz cenowy - po zmianach 11042024' stanowiący załącznik do niniejszego dokumentu 'Odpowiedzi na pytania wykonawców 11042024'. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie przeglądu pomp wyszczególnionych w Pakietach 13 i 13A w siedzibie Wykonawcy. Koszty transportu aparatury do i z serwisu po stronie wykonawcy.

2. *Dotyczy Pakietu 13 (po zmianie) - **Pytanie:*** Prosimy o zweryfikowanie kolumny „Ilość przeglądów w okresie umowy.” Informujemy, że według zaleceń producenta przeglądy powinny odbywać się co 24-miesiące, zatem zwracamy się z prośbą o modyfikację tabeli.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia ilość przeglądów dla pomp wyszczególnionych w Pakiecie 13 (po zmianie) na 1 przegląd w okresie 24 miesięcy.