

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji aparatury i sprzętu medycznego stanowiącego własność Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami umowy, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi producenta sprzętu, dokumentacją techniczno-ruchową, obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2019 poz. 175 t.j.) oraz przepisami prawa w zakresie BHP i P.poż.; jak również zgodnie z procedurami wynikającymi z wdrożonego w Szpitalu Systemu Zarządzania Jakością.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
 - a) dokonywanie okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego sprzętu, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą,
 - b) dokonywanie bieżącej konserwacji zapewniającej sprawne i bezpieczne użytkowanie oraz eksploatację aparatury i sprzętu medycznego,
 - c) odnotowywanie faktu wykonania czynności serwisowych w dokumentacji eksploatacji sprzętu (karta, paszport, formularz czynności serwisowych lub inny dokument urządzenia),
 - d) prowadzenie kart/raportów naprawy urządzeń,
 - e) sporządzanie notatek o stanie technicznym urządzeń, w tym nie nadających się już do naprawy,
 - f) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń, a w przypadku stwierdzenia usterki wymagającej naprawy wykraczającej poza przedmiot niniejszego zamówienia, niezwłoczne informowanie o tym osób upoważnionych po stronie Zamawiającego,
 - g) umożliwienie utrzymania stałego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą, w celu konsultacji telefonicznych, w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. min. 15.00.
4. Czynności przeglądów – konserwacji obejmują w szczególności:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń,
 - c) przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli dotyczy),
 - d) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy),
 - e) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - f) legalizację (jeśli dotyczy),
 - g) kalibrację (jeśli dotyczy),
 - h) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy),
 - i) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy),
 - j) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy),

- k) wymianę materiałów eksploatacyjnych, w szczególności takich jak: filtry, uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki, itp., wynikającą z wymaganego zakresu okresowego przeglądu lub innych zaleceń producenta; wymiana zużytych akumulatorów (baterii) będzie przedmiotem odrębnego zamówienia,
 - l) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta sprzętu. Harmonogram zostanie przygotowany w porozumieniu z Wykonawcą po podpisaniu umowy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od podpisania umowy.
 6. Usługi przeglądów i konserwacji będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego.
 7. Usługi przeglądów i konserwacji będące przedmiotem zamówienia mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia odpowiednie do specyfiki aparatury i sprzętu objętego zamówieniem (dotyczy uprawnień oznaczających przebyte szkolenia na dany typ urządzenia, a nie na konkretny model).
 8. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w czasie przeglądów i konserwacji wyłącznie fabrycznie nowych, oryginalnych części zamiennych. W przypadku braku możliwości zamontowania oryginalnych części wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on zobowiązany do poinformowania o zaistniałym fakcie Zamawiającego.
 9. Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - wszelkie odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy (tj. zużyte i wymienione części zamienne, podzespoły, itp.).
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń podlegających przeglądowi technicznemu i konserwacji z powodu uzyskania opinii technicznej uzasadniającej kasację urządzenia lub zlecenia naprawy, obejmującej po jej zakończeniu obowiązkowy przegląd techniczny urządzenia, innemu wykonawcy.
 11. Naprawy pogwarancyjne aparatury i sprzętu wyszczególnionego w 'Formularzu cenowym' nie objęte niniejszym zamówieniem dokonywane będą na zasadzie udzielenia przez Zamawiającego dodatkowego zamówienia, każdorazowo po ustaleniu szczegółowych warunków jego realizacji z wykonawcą.